



Instruções para o Catálogo nº 462 Per- & Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Soil

Revisão 022520

Descrição:

- Este padrão é embalado em uma ampola de 10 mL selada à chama contendo aproximadamente 10 gramas de solo.
- Este padrão não é preservado.
- O padrão deve ser armazenado a 4 ± 2 °C.
- O padrão diluído conterá todos ou um subconjunto dos analitos listados nas faixas especificadas no formulário de relatório de dados.

Antes de começar:

- Este padrão está pronto para ser preparado e analisado quando recebido.
- Embora todos os padrões de solo ERA tenham sido completamente misturados antes do envio, os padrões devem ser homogeneizados antes de abrir as ampolas devido ao assentamento que pode ocorrer durante o transporte.

Instruções:

1. Com cuidado, retire a tampa do PFAS na ampola de solo em uma capela de exaustão para evitar a inalação de poeira.
2. Misture bem a amostra antes de tirar uma alíquota para análise.
3. Prepare e analise este padrão de acordo com seus procedimentos analíticos normais.
4. Relate seus resultados como $\mu\text{g}/\text{kg}$ para o padrão fornecido.

Segurança:

Os produtos ERA podem ser perigosos e devem ser usados por profissionais de laboratório treinados no manuseio competente de tais materiais. A responsabilidade pelo uso seguro destes produtos é totalmente do comprador e/ou usuário. As Especificações de segurança (SDS) para todos os produtos ERA estão disponíveis em nosso site www.eraqc.com.