



Instruções para o Catálogo nº 478 Texas Low-Level Fuels (TPH) in Soil

Revisão 112211

Descrição:

- Este padrão é embalado em uma ampola de 20 mL selada à chama contendo aproximadamente 20 g de solo.
- Este padrão não é preservado.
- O concentrado deve ser armazenado a 4 ± 2 °C.
- O padrão diluído conterá todos ou um subconjunto dos analitos listados nas faixas especificadas no formulário de relatório de dados.

Antes de começar:

- Este padrão está pronto para ser preparado e analisado quando recebido.
- Embora todos os padrões de solo ERA tenham sido completamente misturados antes do envio, os padrões devem ser homogeneizados antes de abrir a ampola devido ao assentamento que pode ocorrer durante o transporte.

Instruções:

1. Com cuidado, retire a tampa da ampola “Texas Low-Level Fuels in Soil” em uma capela de exaustão para evitar a inalação de poeira.
2. Misture bem a amostra antes de tirar uma alíquota para análise.
3. Prepare e analise este padrão de acordo com seus procedimentos analíticos normais.
4. Relate seus resultados como mg/kg para o padrão fornecido.

Segurança:

Os produtos ERA podem ser perigosos e devem ser usados por profissionais de laboratório treinados no manuseio competente de tais materiais. A responsabilidade pelo uso seguro destes produtos é totalmente do comprador e/ou usuário. As Especificações de segurança do material (MSDS) para todos os produtos ERA estão disponíveis ligando para 1-800-372-0122 ou +1 303-431-8454.