



## Anweisungen für Katalog Nr. 590 WatR™ Supply Metals

Revision 010312

### **Beschreibung:**

- Dieser Standard ist in einem 15-mL-Vial mit Schraubverschluss verpackt, das ca. 14 mL Standardkonzentrat enthält.
- Dieses Konzentrat wird mit ca. 2 % (v/v) Salpetersäure konserviert.
- Das Konzentrat kann bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.
- Der verdünnte Standard enthält die Analyten, die in den im Datenberichtsformular angegebenen Bereichen aufgeführt sind.

### **Bevor Sie beginnen:**

- Dieser Standard wurde als Konzentrat hergestellt und muss vor der Analyse verdünnt werden.
- Die aus der unten beschriebenen Verdünnung resultierende Probe weist vor Zugabe einer Säure eine Salpetersäurekonzentration von ca. 0,01 % auf. Sie können ein anderes Säurevolumen als die vorgeschlagenen 2 bis 5 mL Salpetersäure hinzufügen, um die Matrix Ihrer Kalibrierstandards anzupassen oder um andere Anforderungen der Methode zu erfüllen.
- Obwohl es technisch nicht notwendig ist, diesen Standard vor der Analyse aufzuschließen, sollte ein Aufschluss durchgeführt werden, wenn dies Ihrer üblichen Vorgehensweise entspricht.
- Dieser Standard sollte nach dem Verdünnen des Konzentrats so schnell wie möglich analysiert werden.

### **Anweisungen:**

1. Geben Sie 100 – 200 mL entionisiertes Wasser und ca. 2 bis 5 mL Salpetersäure in einen sauberen 1000-mL-Messkolben der Klasse A.
2. Schütteln Sie das „Metals“-Vial vor dem Öffnen.
3. Pipettieren Sie mit einer sauberen, trockenen Pipette der Klasse A 5,0 mL des Konzentrats in den 1000-mL-Messkolben.
4. Füllen Sie den Kolben mit entionisiertem Wasser auf das Endvolumen auf.
5. Verschließen Sie den Kolben und mischen Sie gut.
6. Analysieren Sie die verdünnte Probe sofort entsprechend Ihrer üblichen Vorgehensweise.
7. Geben Sie Ihre Ergebnisse für die verdünnte Probe in  $\mu\text{g/L}$  an.

### **Sicherheit:**

ERA Produkte können gefährlich sein und sind für die Verwendung durch professionelles Laborpersonal vorgesehen, das in der kompetenten Handhabung dieser Materialien geschult ist. Die Verantwortung für die sichere Verwendung dieser Produkte liegt allein beim Käufer und/oder Benutzer. Materialsicherheitsdatenblätter (MSDB) für alle ERA Produkte sind unter der Rufnummer 1-800-372-0122 und +1 303-431-8454 erhältlich.