



目录 #698QR 的说明

WatR™ Supply Inorganics

修订版 030512

说明:

- 本标准品包装在一个 500 mL 聚乙烯瓶中，其中装有大约 500 mL 标准品。
- 此标准品未经保存处理。
- 此标准品可在室温下存放。
- 本标准品所含全部分析物在数据报告表指定范围内。

开始操作前的准备工作:

- 本标准品是已经制备完成的完整体积标准品，接收后即可用于分析。
- 如果您采用离子选择性电极方法分析阴离子，请注意该样品可能含有高浓度的无机盐。
- 请务必将您的硝酸盐和硝酸盐 + 亚硝酸盐结果报告为 N（而不是 NO_3^- ）。

使用说明:

1. 打开前摇匀 WatR™ Supply Inorganics 瓶。
2. 取出您当前测试所需的等分试样，并通过您的正常程序进行分析。
3. 每次使用后重新盖紧瓶子。
4. 针对此标准品报告结果时以 mg/L 为单位（电导率以 $\mu\text{mhos/cm}$ 为单位）。

安全事项:

ERA 产品可能属于危险品，应当由经过培训、有能力处理此类物质的专业实验室人员使用。产品的安全使用完全由采购方和/或用户负责。可致电 1-800-372-0122 和 +1 303-431-8454 获取所有 ERA 产品的材料安全数据表 (MSDS)。