



目录 #735QR 的说明

WatR™ Supply Per- & Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) Drinking Water

修订版 022520

说明：

- 本标准品包装在一个 2 mL 火焰熔封安瓿瓶中，其中装有大约 1.5 mL 标准品浓缩液。
- 该浓缩液用 4 摩尔当量的 NaOH 保存。
- 此浓缩液的溶剂是甲醇/水 (<1%)。
- 此浓缩液应存放在 $4\pm 2^{\circ}\text{C}$ 温度下。
- 稀释后的标准品所含全部或部分分析物在数据报告表指定范围内。

开始操作前的准备工作：

- 此标准品为浓缩液，必须在分析前稀释。
- 本标准品应在浓缩液稀释后尽快分析。

使用说明：

1. 将 100-200 mL 不含有机物的去离子水加入洁净的 250 mL A 类容量瓶中。
2. 小心地将 PFAS 安瓿瓶的顶部掰断。
3. 使用洁净干燥的注射器，取 250 μL 浓缩液注入容量瓶的液面以下。
4. 用不含有机物的去离子水将容量瓶内的溶液稀释至最终体积。
5. 盖上容量瓶，然后充分混合。
6. 立即按照您的正常程序分析稀释好的样品。
7. 将稀释样品的结果报告为 ng/L。

安全事项：

ERA 产品可能属于危险品，应当由经过培训、有能力处理此类物质的专业实验室人员使用。产品的安全使用完全由采购方和/或用户负责。所有 ERA 产品的安全数据表 (SDS) 均可通过我们的网站 www.eraqc.com 获得。