



카탈로그 # 765에 대한 지침 Diesel Range Organics (DRO) in Soil

개정판 090119

설명:

- 이 표준물질은 약 20g의 토양이 포함된 20mL 화염 밀봉 앰플에 포장됩니다.
- 이 표준물질은 보존 처리되지 않습니다.
- 이 표준물질은 $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 보관해야 합니다.
- 이 제품은 표준물질에 포함된 분석물질/매트릭스에 대한 전체 분석 프로세스의 품질 관리 검사에 사용됩니다.
- ERA는 분석 전에 이 제품을 서브 샘플링할 때 최소 5g의 샘플량을 사용할 것을 제안합니다. 사용된 샘플량이 이보다 적을 경우 분석 인증서에 표시된 할당 값 및/또는 불확실성과 어긋날 수 있습니다.
- 인증값은 명시된 지침에 따라 처리된 샘플에 적용됩니다.

유용한 힌트:

- 모든 ERA 토양 표준물질은 배송 전에 완전히 혼합되지만, 배송 중에 침전이 발생할 수 있으므로 앰플을 열기 전에 표준물질을 균질화해야 합니다.

지침:

1. 분진을 흡입하지 않도록 흡(fume) 후드에서 Diesel Range Organics (DRO) in Soil 앰플의 상단을 조심스럽게 떼어냅니다.
2. 분석을 위한 분취량을 취하기 전에 샘플을 잘 혼합합니다.
3. 통상적인 분석 절차에 따라 이 표준물질을 준비하고 분석합니다.

안전 유의사항:

ERA 제품은 유해할 수 있으며, 이러한 물질을 능숙하게 취급하기 위한 교육을 받은 전문 실험실 직원이 사용해야 합니다. 이러한 제품을 안전하게 사용할 책임은 전적으로 구매자 및/또는 사용자에게 있습니다. 모든 ERA 제품에 대한 안전보건자료(SDS)는 당사 웹사이트(www.eraqc.com)에서 확인할 수 있습니다.