



카탈로그 # 765QR에 대한 지침 Diesel Range Organics (DRO) in Soil

개정판 112211

설명:

- 이 표준물질은 약 20g의 토양이 포함된 20mL 화염 밀봉 앰플에 포장됩니다.
- 이 표준물질은 보존 처리되지 않습니다.
- 이 표준물질은 $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 보관해야 합니다.
- 이 희석된 표준물질은 데이터 보고 양식에 지정된 범위의 등재된 모든 또는 일부 분석물질을 포함할 것입니다.

시작 전:

- 이 표준물질은 수령 시 상태 그대로 준비하고 분석할 수 있습니다.
- 모든 ERA 토양 표준물질은 배송 전에 완전히 혼합되지만, 배송 중에 침전이 발생할 수 있으므로 앰플을 열기 전에 표준물질을 균질화해야 합니다.

지침:

1. 분진을 흡입하지 않도록 흡(fume) 후드에서 Diesel Range Organics (DRO) in Soil 앰플의 상단을 조심스럽게 떼어냅니다.
2. 분석을 위한 분취량을 취하기 전에 샘플을 잘 혼합합니다.
3. 통상적인 분석 절차에 따라 이 표준물질을 준비하고 분석합니다.
4. 제공된 표준물질에 대한 결과는 mg/kg으로 보고합니다.

안전 유의사항:

ERA 제품은 유해할 수 있으며, 이러한 물질을 능숙하게 취급하기 위한 교육을 받은 전문 실험실 직원이 사용해야 합니다. 이러한 제품을 안전하게 사용할 책임은 전적으로 구매자 및/또는 사용자에게 있습니다. 모든 ERA 제품에 대한 물질안전보건자료(MSDS)는 1-800-372-0122 및 +1 303-431-8454로 전화하여 요청할 수 있습니다.