



目录 #4882 的说明

WatR™ Pollution PAH-GC & GCMS

修订版 090119

说明：

- 本标准品包装在一个 2 mL 火焰熔封安瓿瓶中，其中装有大约 2 mL 标准品浓缩液。
- 此浓缩液未经保存处理。
- 此浓缩液的溶剂是甲醇。
- 此浓缩液应存放在 $4\pm 2^{\circ}\text{C}$ 温度下。
- 本产品旨在作为质量控制检查，用于分析标准品中的分析物/基质的整个过程。
- 下面的稀释说明代表了此产品的最小建议样品量。样品量过低可能会导致分析证书上的赋值和/或不确定性无效。
- 认证标准值适用于按照所注稀释说明稀释得到的样品。

有用提示：

- 此标准品为浓缩液，必须在分析前稀释。
- 本标准品应在浓缩液稀释后尽快分析。

使用说明：

1. 将 100-200 mL 不含有机物的去离子水加入洁净的 1000 mL A 类容量瓶中。
2. 小心地将 PAH-GC & GCMS 安瓿瓶的顶部掰断。
3. 使用洁净干燥的 A 类移液管或注射器，将 1.0 mL 浓缩液移入 1000 mL 容量瓶中。
4. 用不含有机物的去离子水将容量瓶内的溶液稀释至最终体积。
5. 盖上容量瓶，然后充分混合。
6. 立即按照您的正常程序分析稀释好的样品。

安全事项：

ERA 产品可能属于危险品，应当由经过培训、有能力处理此类物质的专业实验室人员使用。产品的安全使用完全由采购方和/或用户负责。所有 ERA 产品的安全数据表 (SDS) 均可通过我们的网站 www.eraqc.com 获得。