



## 카탈로그 # 515에 대한 지침 WatR™ Pollution Total Phenolics

개정판 090119

### 설명:

- 이 표준물질은 약 2mL의 표준물질 농축액이 담긴 2mL 화염 밀봉 앰플에 포장됩니다.
- 이 농축액은 보존 처리되지 않습니다.
- 이 표준물질의 용매는 메탄올입니다.
- 이 농축액은  $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 에 보관해야 합니다.
- 이 제품은 표준물질에 포함된 분석물질/매트릭스에 대한 전체 분석 프로세스의 품질 관리 검사에 사용됩니다.
- 아래 희석 지침은 이 제품에 대해 권장되는 최소 샘플량을 나타냅니다. 사용된 샘플량이 이보다 적을 경우 분석 인증서에 표시된 할당 값 및/또는 불확실성과 어긋날 수 있습니다.
- 인증값은 명시된 희석 지침에 따라 희석된 샘플에 적용됩니다.

### 유용한 힌트:

- 이 표준물질은 농축액으로 준비되었으며 분석 전에 희석해야 합니다.
- USEPA 기준 문서의 요구 사항에 따라 이 샘플은 distillation-4-AAP 분석법에 특히 적합하게 설계되었습니다. 다른 분석법에서 보고한 결과는 동일하지 않을 수 있습니다.
- 이 표준물질은 농축액을 희석한 후 최대한 빨리 분석해야 합니다.

### 지침:

1. 깨끗한 1000mL A 등급 정량 플라스크에 100~200mL의 탈이온수를 첨가합니다.
2. Total Phenolics 앰플의 상단을 조심스럽게 떼어냅니다.
3. 깨끗하고 건조한 A 등급 피펫 또는 검량된 유리 실린지를 사용하여 1.0mL의 농축액을 1000mL 정량 플라스크로 옮깁니다.
4. 탈이온수를 이용해 플라스크의 최종 부피로 희석합니다.
5. 플라스크 마개를 닫고 잘 혼합합니다.
6. 통상적인 절차에 따라 희석된 샘플을 즉시 분석합니다.

### 안전 유의사항:

ERA 제품은 유해할 수 있으며, 이러한 물질을 능숙하게 취급하기 위한 교육을 받은 전문 실험실 직원이 사용해야 합니다. 이러한 제품을 안전하게 사용할 책임은 전적으로 구매자 및/또는 사용자에게 있습니다. 모든 ERA 제품에 대한 안전보건자료(SDS)는 당사 웹사이트([www.eraqc.com](http://www.eraqc.com))에서 확인할 수 있습니다.