



Instructions pour le n° de catalogue 584 WatR™ Pollution Simple Nutrients

Révision 022112

Description :

- Cet étalon est conditionné dans un flacon à bouchon à vis de 15 mL contenant environ 14 mL d'étalon concentré.
- Ce concentré est traité pour conservation avec environ 1 % d'acide chlorhydrique en volume.
- Le concentré peut être conservé à température ambiante.
- L'étalon dilué contiendra tous les analytes répertoriés dans les plages spécifiées sur la fiche de rapport de données.

Avant de commencer :

- Cet étalon a été préparé sous forme de concentré et doit être dilué avant analyse.
- Pour les laboratoires utilisant des méthodes d'électrode sélective d'ions, veuillez noter que cet échantillon contient de l'acide chlorhydrique et des sels contenant des chlorures.
- Le concentré contenant de l'acide chlorhydrique, notez que l'échantillon dilué est acide et peut nécessiter un ajustement de pH en fonction de vos méthodes analytiques.
- Vérifiez que vous consignez votre mesure d'ammoniac en équivalents N (et non NH_3), votre mesure de nitrate en équivalents N (et non NO_3^-), votre mesure de phosphate en équivalents P (et non PO_4^{3-}) et votre mesure de nitrate + nitrite en équivalents N.
- Cet étalon doit être analysé aussi tôt que possible après la dilution du concentré.

Instructions :

1. Ajoutez 100 à 200 mL d'eau déionisée dans une fiole jaugée de classe A propre de 1000 mL.
2. Secouez le flacon « Simple Nutrients » avant de l'ouvrir.
3. À l'aide d'une pipette de classe A propre et sèche, ajoutez à la pipette un volume de 5,0 mL de concentré dans la fiole jaugée de 1000 mL.
4. Diluez le contenu de la fiole jusqu'au volume final avec de l'eau déionisée.
5. Fermez la fiole et mélangez soigneusement.
6. Analysez immédiatement l'échantillon dilué selon vos procédures habituelles.
7. Consignez vos résultats en mg/L pour l'échantillon dilué.

Sécurité :

Les produits ERA peuvent être dangereux et sont destinés à être utilisés par du personnel de laboratoire qualifié et formé à la bonne manipulation de ces substances. L'acquéreur et/ou l'utilisateur sont seuls responsables de l'utilisation en toute sécurité de ces produits. Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de tous les produits ERA sont disponibles en composant le +1-800-372-0122 ou le +1 303-431-8454.